

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 33 Koce do ogrzewania pacjenta

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent	Klasa wyrobu medycznego	Nr katalogowy / typ / model
1.	Koc wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcia, przebicie i zmoczenie. Materiał radioprzezierny bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych, perforowany umożliwiający równomierny swobodny przepływ powietrza do ogrzewania pacjenta do aparatu na górną połowę ciała dla dorosłych roz. min. 71 x 203 cm	szt.	40							
2.	Koc wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcia, przebicie i zmoczenie. Materiał radioprzezierny bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych, perforowany umożliwiający równomierny swobodny przepływ powietrza do ogrzewania pacjenta do aparatu na dolną połowę ciała dla dorosłych roz. min 99x 137cm	szt.	40							
3.	Koc wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcia, przebicie i zmoczenie. Materiał radioprzezierny bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych, perforowany umożliwiający równomierny swobodny przepływ powietrza do ogrzewania pacjenta pediatryczny roz. min. 74 x 142 cm	szt.	30							
4.	Koc wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcia, przebicie i zmoczenie. Materiał radioprzezierny bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych, perforowany umożliwiający równomierny swobodny przepływ powietrza do ogrzewania pacjenta do aparatu na całe ciało dla dorosłych roz. min 99 x 198 cm	szt.	120							
Razem										

Termin dostawy: dni roboczych (należy wpisać 3, 4 lub 5).

Uwaga: zaoferowane koce muszą być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami do ogrzewania pacjenta prod. Gaymar Inc. typ GA TC 3003 oraz prod. Tyco typ WARM TOUCH 5900.

Dla asortymentu zaoferowanego w niniejszym pakiecie do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane zgodnie z punktem III.b)1.3, III.b)1.4 i III.b)1.5 specyfikacji, potwierdzające kompatybilność oferowanego asortymentu z urządzeniem zamawiającego.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)