

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Urządzenie do pomiaru stężenia siarczków w wydychanym powietrzu

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Urządzenie do pomiaru stężenia siarczków w wydychanym powietrzu celem oceny nasilenia halitozy.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2014 lub 2015.	podać	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry:		
1.	Zakres pomiaru stężenia siarczku 0 - 2000 ppb	TAK	
2.	Wyświetlacz	TAK	
3.	Oprogramowanie i wyświetlane komunikaty w języku angielskim.	TAK, podać	
III	Wposażenie:		
1.	Akcesoria jednorazowego użytku: słomki – 500 szt.	TAK	
IV	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim lub instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)