

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA – 1 SZTUKA

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
I. INFORMACJE OGÓLNE:			
1.	Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2015.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Zasilanie 220÷240 V, 50/60 Hz.	TAK	
6.	Waga max. 8 kg.	podać	
II. PARAMETRY TECHNICZNE:			
1.	Aparat do ogrzewania pacjenta ciepłem suchym.	TAK	
2.	Minimum 4 zakresy temperatur.	TAK	
3.	Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny wraz z automatycznym wyłączeniem grzałki.	TAK	
4.	Zabezpieczenie termiczne.	TAK	
5.	Prezentacja na wyświetlaczu temperatury i alarmów.	TAK	
6.	Filtr o skuteczności filtracji min.: 0,2 µm.	TAK	
7.	Licznik lub wskaźnik umieszczony w widocznym miejscu urządzenia, informujący o konieczności wymiany filtra.	TAK	
8.	Giętki przewód grzewczy o długości min. 1,7 m.	TAK	
9.	Podstawa jezdna do aparatu - wózek z koszykiem na kołdry.	TAK	
10.	Możliwość przewieszenia aparatu na łóżko pacjenta - wieszak.	TAK	
III. WYPOSAŻENIE:			
1.	Kołdry jednorazowego użytku na całe ciało dla osoby dorosłej, posiadające otwory do podłączenia przewodu grzewczego – 25 szt.	TAK	
IV. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)