

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**APARAT DO MASAŻU OSCYLACYJNEGO WRAZ ZE STANOWISKIEM DO ZASILANIA WODĄ
W OBIEGU ZAMKNIĘTYM – 2 sztuki**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. APARAT DO MASAŻU OSCYLACYJNEGO			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2015.	TAK	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
5.	Zasilanie wodą w obiegu zamkniętym.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
7.	<p>Standardowe wyposażenie aparatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> dwa dreny, głowica wibracyjna, tuleja z rozdzielaczem, uszczelniacze (6 sztuk o różnych średnicach), metalowa kształtka, gumowa rurka odprowadzająca wodę, sitko, 10 membran do zabiegów leczniczych: <ul style="list-style-type: none"> gumowa – płaska z krążkiem, gumowa – płaska z kolcami, gumowa – płaska z jedną kulką, gumowa w kształcie smoczka, gumowa – grzebień dwurzędowy, gumowa – grzybek, gumowa z gąbką, trzyrzędowa – grzebień, pięciokulkowa – o silnym działaniu, stożkowa – do zabiegów punktowych. 	TAK	
II. STANOWISKO DO ZASILANIA WODĄ W OBIEGU ZAMKNIĘTYM			
1.	Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym, przeznaczone do współpracy z wyżej wymienionym aparatem do masażu oscylacyjnego.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2015.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
8.	Pojemność robocza zbiornika od 7 do 10 litrów.	TAK	

9.	Zamknięty obieg wody – niezależność od sieci wodociągowej.	TAK	
10.	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym – wbudowany wyłącznik różnicowo-prądowy.	TAK	
11.	Regulacja siły masażu.	TAK	
12.	Szafka wyposażona w szufladę, dwa kółka i dwie stopki oraz przyłącza do wyżej opisanego aparatu do masażu oscylacyjnego: zawór regulacji intensywności masażu, przyłączy zrzutu wody, wieszak rękojeści zabiegowej.	TAK	
III. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)