

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STÓŁ DO PIONIZACJI – 1 sztuka

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
1.	Stół do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu oraz po ciężkich urazach rdzenia kręgowego.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2015.	TAK	
5.	Stół fabrycznie nowy, nieużywany.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
8.	Konstrukcja stalowa malowana proszkowo.	TAK	
9.	Kółka jezdne z blokadą, umożliwiające łatwe przemieszczanie stołu przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas pracy.	TAK	
10.	Nośność min.: 150 kg.	TAK, podać	
11.	Wymiary leża: <ul style="list-style-type: none"> długość min.: 200 cm szerokość z zakresu: (80 – 90) cm 	TAK, podać	
12.	Elektryczna zmiana wysokości oraz kąta nachylenia leżyska.	TAK	
13.	Dwa elektryczne siłowniki do szybkiej i płynnej zmiany położenia pacjenta.	TAK	
14.	Pilot ręczny do sterowania.	TAK	
15.	Możliwość szybkiego (max. do 15 s) opuszczenia stołu i opuszczenia leżyska w momencie zaniku zasilania.	TAK	
16.	Regulacja wysokości w zakresie min.: (60 – 90) cm.	TAK	
17.	Regulacja kąta nachylenia w zakresie od 0° do min.: +87°.	TAK	
18.	Po obu stronach leża: ruchome uchwyty lub barierki opuszczane do dołu lub barierki łamane (tak aby zaoferowane rozwiązanie nie przeszkadzało w przesuwaniu pacjenta z łóżka na stół).	TAK, podać (parametr punktowany)	
19.	Tapicerka leża wykonana z materiałów atestowanych.	TAK	
20.	Podnózek mocowany pod kątem 90° względem płaszczyzny leżyska, z sandałami stabilizującymi. Skórzane zapiętki i pasy sandałów. Regulacja ustawienia stopy w płaszczyźnie poziomej.	TAK	
21.	Minimum 3 pasy stabilizujące.	TAK	
22.	Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz ze stołem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)