

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LASER TERAPEUTYCZNY Z WYPOSAŻENIEM – 1 sztuka

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. PARAMETRY			
1.	Laser terapeutyczny z możliwością podłączenia sondy punktowej i powierzchniowej (prysznicowej).	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2015.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50 Hz.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
8.	Wyświetlacz typu LED.	TAK	
9.	Programy terapeutyczne dla sondy punktowej i powierzchniowej.	TAK	
10.	Możliwość ustawienia programów własnych przez użytkownika.	TAK	
11.	Regulacja mocy sond w zakresie 20 – 100%	TAK	
12.	Zakres częstotliwości od 1 do 10 000 Hz.	TAK	
13.	Sonda powierzchniowa (prysznicowa) ze światłem R 660 nm, 300 mW.	TAK	
14.	Praca ciągła i impulsowa.	TAK	
15.	Pole zabiegu około 25 cm ² .	TAK	
16.	Sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu zabiegu.	TAK	
17.	Okulary ochronne dla pacjenta – 1 szt.	TAK	
18.	Okulary ochronne dla personelu obsługującego – 1 szt.	TAK	
II. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)