

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PIONIZATOR – 1 sztuka

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. PARAMETRY			
1.	Pionizator dynamiczny, umożliwiający pacjentowi przyjęcie pozycji stojącej i samodzielne chodzenie.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2015	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
7.	Podwieszana uprząż miedniczna.	TAK	
8.	Separator kończyn dolnych.	TAK	
9.	Obręcz podpachowa.	TAK	
10.	Maksymalna waga pacjenta min. 95 kg	TAK, podać	
11.	Wysokość do poziomu mostka regulowana w zakresie co najmniej od 110 – 157 cm.	TAK, podać	
12.	Wysokość do osi stawu biodrowego regulowana w zakresie co najmniej od 100 – 145 cm.	TAK, podać	
13.	Koła z blokadą cofania się pionizatora.	TAK	
II. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)