

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA URZĄDZENIA DO MECHANICZNEGO MASAŻU SERCA

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I	Wymagania ogólne.		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2015 lub 2016	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany).	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II	Wymagania szczegółowe.		
1.	Zasilanie 230V, 50Hz i zasilanie akumulatorowe.	TAK	
2.	Cykl pracy: 50% kompresja i 50% dekompresja.	TAK	
3.	Głębokość kompresji z zakresu: 4 – 6 cm.	TAK, podać	
4.	Częstość kompresji z zakresu: 80 - 110 uciśnień/min	TAK, podać	
5.	Wykonywanie ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu akumulatorowym min.: 30 min.	TAK	
6.	Możliwość wykonywania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta.	TAK	
III	Wyposażenie.		
1.	Pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia.	TAK	
2.	Podkładka stabilizująca pod głowę – 1 szt.	TAK	
3.	Akcesoria bezpośredniego kontaktu z pacjentem podczas masażu – min.: 3 kompletne zestawy.	TAK, podać	
4.	Akumulator – 1 sztuka.	TAK	
5.	Ładowarka (zewnętrzna lub wbudowana).	TAK	
6.	Przewód zasilający.	TAK	
7.	Deska pod plecy – 1 szt.	TAK	
8.	Torba.	TAK	
9.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)