

FORMULARZ CENOWY**Testy paskowe do oznaczania poziomu glukozy we krwi**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa i wytwórca testów paskowych
1	Testy paskowe do oznaczania poziomu glukozy we krwi	test paskowy	400 000					

Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na okres obowiązywania umowy 50 szt. kompatybilnych do zaoferowanych przez niego testów paskowych glukometrów :

typ / model, producent, klasa wyrobu medycznego, na zasadach określonych w umowie.

Testy paskowe wykonawca będzie dostarczał w opakowaniach nie większych niż 50 szt. testów.

Wielkość oferowanego opakowania: szt. (informacja ta jest niezbędna do oceny oferty, brak informacji lub podanie wartości większej niż 50 szt. spowoduje odrzucenie oferty).

Używane glukometry muszą spełniać następujące wymagania:

- ~ zasada pomiaru: pomiar biosensoryczny
- ~ glukometr skalibrowany do osocza
- ~ dokładność pomiaru zgodna z normą ISO 15197:2013
- ~ możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l i zamiennie mg/dl
- ~ zakres pomiaru co najmniej w przedziale 20 mg/dl - 500 mg/dl
- ~ krótki czas pomiaru - do 7 s
- ~ automatyczny wyrzut testu paskowego
- ~ waga: do 50g
- ~ trwałość baterii: minimum 1 000 pomiarów
- ~ instrukcja obsługi glukometru i testów paskowych w języku polskim

Parametry oferowanego rozwiązania:

Oferowane testy paskowe zawierają enzym oksydazy:

Kapilara zasysająca na szczycie testu paskowego:

Należy zaznaczyć oferowane rozwiązanie:

TAK	NIE
TAK	NIE

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania glukometrów, co uwzględniono kalkulując powyższą cenę ofertową testów paskowych, a w szczególności:

- pasek kalibracyjny (jeśli wg wytycznych producenta jest wymagany), albo zapewnia inny system kalibracji pasków dla każdego opakowania (np. kod),
- płyn kontrolny, jeśli producent glukometrów wymaga jego stosowania.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)