



EZ-578/1-PN/24-2014

Rybnik, dnia 12.05.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki
(zamówienie nr EZ-578-PN/24-2014)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.04.2014 r., pod nr 147566 - 2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie zmienionych parametrach: RBP min. 16 atm dla średnicy 3,0 mm?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem – tj. dopuszcza by podana wartość - 16 atm - była wartością minimalną. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczanego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 2: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 11 atm dla stentów o długości 48 mm?

Odpowiedź 2: Przedmiotem zamówienia nie są stenty o długości 48 mm.

Pytanie 3: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 4: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1

- 1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 pkt. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 umowy w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu.”**

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy, jednak zastępuje ww. postanowienie – następującym postanowieniem:

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

„Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.”

Pytanie 5: „Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

<<Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.>>”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 6: „Dotyczy: wzór umowy, par. 2 ust. 1

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 7: „Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 5 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla Zamawiającego brakujący towar od producenta.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 8: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości niedostarczonej partii dostawy brutto za każdy dzień zwłoki. Obecne kary są nadmiernie wygórowane i wskazują na nierówne traktowanie stron, tym bardziej, że w umowie brak jest zapisów dotyczących kar obowiązujących Zamawiającego z tytułu nieterminowych płatności.”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy, jednocześnie – w odpowiedzi na pytanie 4 – zamawiający wprowadził zmianę w zakresie tego postanowienia umowy.

Pytanie 9: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10

Prosimy Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o zmianę każdego występującego sformułowania <<zgody Zamawiającego>> na <<zgody podmiotu tworzącego>>.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy.

Pytanie 10: „Pakiet nr 4 :

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do ekstrakcji skrzeplin z tętnic w rozmiarze 6F, kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi i przewodnikami angioplastycznymi 0,0014” typu rapid Exchange ,powierzchnia portu ekstrakcji cewnika 6F>3,8mm², cewnik wyposażony w wkładkę usztywniającą, średnica wewnętrzna(aspiracyjna) min. 0.040”, pakowany w zestawie ze strzykawką o objętości 30cc, kranik i koszyk na skrzeplinę”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 4.

Pytanie 11: „**Pakiet 1 - Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Stentów uwalniających lek antyproliferacyjnych:

- Profil przejścia (ang. Crossing profile) dla stentu o średnicy 30mm: 0,033" zamiast 0,034"
- Ciśnienie RBP 18 atm., dla średnicy 4,0 mm – 15 atm.
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 12: „**Pakiet 3 – stenty wieńcowe uwalniające lek antymiotyczny: - typ uwalnianego leku: ewerolimus lub pochodny.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych uwalniających lek antymiotyczny: - sirolimus o parametrach:

- ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, 18 atm

- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm


Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 15.05.2014 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.



EZ-578/1-PN/24-2014

Rybnik, dnia 12.05.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki
(zamówienie nr EZ-578-PN/24-2014)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.04.2014 r., pod nr 147566 - 2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie zmienionych parametrach: RBP min. 16 atm dla średnicy 3,0 mm?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem – tj. dopuszcza by podana wartość - 16 atm - była wartością minimalną. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczanego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 2: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 11 atm dla stentów o długości 48 mm?

Odpowiedź 2: Przedmiotem zamówienia nie są stenty o długości 48 mm.

Pytanie 3: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 4: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1

- 1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 pkt. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 umowy w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu.”**

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy, jednak zastępuje ww. postanowienie – następującym postanowieniem:

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

„Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.”

Pytanie 5: „Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

<<Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.>>”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 6: „Dotyczy: wzór umowy, par. 2 ust. 1

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 7: „Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 5 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla Zamawiającego brakujący towar od producenta.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 8: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości niedostarczonej partii dostawy brutto za każdy dzień zwłoki. Obecne kary są nadmiernie wygórowane i wskazują na nierówne traktowanie stron, tym bardziej, że w umowie brak jest zapisów dotyczących kar obowiązujących Zamawiającego z tytułu nieterminowych płatności.”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy, jednocześnie – w odpowiedzi na pytanie 4 – zamawiający wprowadził zmianę w zakresie tego postanowienia umowy.

Pytanie 9: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10

Prosimy Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o zmianę każdego występującego sformułowania <<zgody Zamawiającego>> na <<zgody podmiotu tworzącego>>.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy.

Pytanie 10: „Pakiet nr 4 :

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do ekstrakcji skrzeplin z tętnic w rozmiarze 6F, kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi i przewodnikami angioplastycznymi 0,0014” typu rapid Exchange ,powierzchnia portu ekstrakcji cewnika 6F>3,8mm², cewnik wyposażony w wkładkę usztywniającą, średnica wewnętrzna(aspiracyjna) min. 0.040”, pakowany w zestawie ze strzykawką o objętości 30cc, kranik i koszyk na skrzeplinę”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 4.

Pytanie 11: „**Pakiet 1 - Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Stentów uwalniających lek antyproliferacyjnych:

- Profil przejścia (ang. Crossing profile) dla stentu o średnicy 30mm: 0,033" zamiast 0,034"
- Ciśnienie RBP 18 atm., dla średnicy 4,0 mm – 15 atm.
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 12: „**Pakiet 3 – stenty wieńcowe uwalniające lek antymiotyczny: - typ uwalnianego leku: ewerolimus lub pochodny.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych uwalniających lek antymiotyczny: - sirolimus o parametrach:

- ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, 18 atm

- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm


Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 15.05.2014 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.



EZ-578/1-PN/24-2014

Rybnik, dnia 12.05.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki
(zamówienie nr EZ-578-PN/24-2014)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30.04.2014 r., pod nr 147566 - 2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie zmienionych parametrach: RBP min. 16 atm dla średnicy 3,0 mm?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem – tj. dopuszcza by podana wartość - 16 atm - była wartością minimalną. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Pytanie 2: „Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny o minimalnie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 11 atm dla stentów o długości 48 mm?

Odpowiedź 2: Przedmiotem zamówienia nie są stenty o długości 48 mm.

Pytanie 3: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 4: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 pkt. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 umowy w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu.”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy, jednak zastępuje ww. postanowienie – następującym postanowieniem:

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

„Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.”

Pytanie 5: „Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

<<Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.>>”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 6: „Dotyczy: wzór umowy, par. 2 ust. 1

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 7: „Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 5 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla Zamawiającego brakujący towar od producenta.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 8: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości niedostarczonej partii dostawy brutto za każdy dzień zwłoki. Obecne kary są nadmiernie wygórowane i wskazują na nierówne traktowanie stron, tym bardziej, że w umowie brak jest zapisów dotyczących kar obowiązujących Zamawiającego z tytułu nieterminowych płatności.”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy, jednocześnie – w odpowiedzi na pytanie 4 – zamawiający wprowadził zmianę w zakresie tego postanowienia umowy.

Pytanie 9: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10

Prosimy Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o zmianę każdego występującego sformułowania <<zgody Zamawiającego>> na <<zgody podmiotu tworzącego>>.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną w pytaniu zmianę wzoru umowy.

Pytanie 10: „Pakiet nr 4 :

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do ekstrakcji skrzeplin z tętnic w rozmiarze 6F, kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi i przewodnikami angioplastycznymi 0,0014” typu rapid Exchange ,powierzchnia portu ekstrakcji cewnika 6F>3,8mm², cewnik wyposażony w wkładkę usztywniającą, średnica wewnętrzna(aspiracyjna) min. 0.040”, pakowany w zestawie ze strzykawką o objętości 30cc, kranik i koszyk na skrzeplinę”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 4.

Pytanie 11: „**Pakiet 1 - Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Stentów uwalniających lek antyproliferacyjnych:

- Profil przejścia (ang. Crossing profile) dla stentu o średnicy 30mm: 0,033" zamiast 0,034"
- Ciśnienie RBP 18 atm., dla średnicy 4,0 mm – 15 atm.
- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 12: „**Pakiet 3 – stenty wieńcowe uwalniające lek antymiotyczny: - typ uwalnianego leku: ewerolimus lub pochodny.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych uwalniających lek antymiotyczny: - sirolimus o parametrach:

- ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, 18 atm

- oferowane średnice 2,0 – 4,0 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź 12: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 15.05.2014 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.