

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**DOSTAWA WAGI OSOBOWEJ DLA PACJENTÓW LEŻĄCYCH**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. Informacje ogólne:</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanej wagi.	podać	
3.	Waga wraz z wyposażeniem fabrycznie nowa.	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Klasa dokładności pomiarowej: III	TAK	
<b>II. Parametry szczegółowe:</b>			
1.	Waga osobowa dla pacjentów leżących, mobilna, łózkowa, pozwalająca na zważenie pacjenta w pozycji leżącej na łóżku.	TAK	
2.	Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe.	TAK	
3.	Nośność wagi 500 kg.	TAK	
4.	Waga pacjenta 250 kg.	TAK	
5.	Zakres TARA min. 250 kg.	TAK	
6.	Czytelny wyświetlacz i klawiatura.	TAK	
7.	Funkcja TARA – waga łóżka jest pomijana podczas ważenia pacjenta z łóżkiem, po uprzednim zważeniu samego łóżka i wyzerowaniu wyświetlacza.	TAK	
8.	Funkcja zapisania masy ciała pacjenta za pomocą jednego z przycisków klawiatury i pokazywania jej na wyświetlaczu pomimo opuszczenia przez pacjenta wagi.	TAK	
9.	Funkcja BMI.	TAK	
10.	Cztery moduły ważące, każdy wyposażony w podnośnik kółka łóżka. (Średnica kółka z łóżka do 20 cm).	TAK	
11.	Długość okablowania z każdego modułu ważącego min 2,5 m	TAK	
12.	Alarm po przekroczeniu granicy dopuszczalnego obciążenia.	TAK	
13.	Stabilny wózek przeznaczony do transportowania kompletnej wagi.	TAK	
14.	Możliwość czyszczenia wagi wraz z wyposażeniem ogólnodostępnymi środkami.	TAK	
<b>III. Dokumentacja:</b>			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z wagą.	TAK	
2.	Waga legalizowana, świadectwo legalizacji dostarczyć wraz z wagą.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.